



ПРОГРАМА BG07 "ИНИЦИАТИВИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ"  
ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА – КЪРДЖАЛИ  
ул. „Добрич“ № 44, тел./факс 0361/6-26-94

УТВЪРЖДАВАМ:..

Задължено  
0017-24403311  
/д-р Белни Илчев/  
811

ПРОТОКОЛ

От дейността на комисията, определена със Заповед №899 от 22.12.2015г. на Директора на ДПБ - Кърджали за разглеждане, оценка и класиране на постъпили офери/ценови предложения по реда на чл.14, ал.4, чл.15 и чл.101а – 101ж, от Закона за обществените поръчки /ЗОП/.

На 11.01.2016г. от 12,00 часа се проведе открито заседание на комисията, определена със Заповед №899 от 22.12.2015г. на Директора на ДПБ - Кърджали, в сградата на ДПБ - Кърджали в състав:

**Председател:** мс Певин Бекир – главна мед. сестра

- Членове:**
1. д-р Николинка Узунова – началник ОЛЗ;
  2. д-р Елка Русева – лекар клиничен лаборант;
  3. Иван Робов – дипломиран правоспособен юрист;
  4. Снежана Карагъзова – дипломиран магистър по икономика

На откритото заседание на комисията не присъстваха лица по чл.68, ал.3 от ЗОП.

За изпълнение на обществена поръчка, чрез публична покана с предмет: „Доставка на нова медицинска апаратура в ДПБ - Кърджали“ е постъпила една оферта, както следва:

Пореден №	Вх.№, дата и час на постъпване	Участник	Адрес	Факс / Телефон
1.	Вх.№37/08.01.2016г. – 10.15ч	„Илан Медицинска Апаратура“ ООД	гр.Варна, ул.“Кирил Шиваров“ №9, вх.Б	070017373

След като членовете на комисията се запознаха с участника, който е подал оферта за участие в процедурата, всеки от тях подписа и представи декларация по чл.35, ал.1, т.2-4 от ЗОП.

Получената оферта за участие в процедурата се отвори и комисията започна проверка на представените документи.

**„Илан Медицинска Апаратура“ ООД, гр.Варна** - Предложението на участника е представено в запечатан, непрозрачен плик. Комисията оповести документите, съдържащи се в плика и провери съответствието им с представения списък – **несъответствия не бяха констатирани.**

С това откритото заседание на комисията приключи.

На 26.01.2016г. от 12,00 часа комисията продължи своята работа в закрито заседание.

Комисията констатира:

**„Илан Медицинска Апаратура“ ООД, гр.Варна** - постъпилото предложение отговаря на условията на възложителя посочени в публичната покана и документацията за участие в процедурата.

Представени са изискуемите в публичната покана и документацията за участие документи, доказващи техническите възможности за изпълнение на поръчката.

Комисията реши участникът да се допусне до оценка на офертата.

Резултатите от подробната проверка на представените документи от допуснатите участници в процедурата бяха отразени в Таблица №1 към настоящия протокол.

Таблица №1

№ по ред	Кандидати/ участници по реда на подаване на офертите	I участник "Илан Медицинска Апаратура", Варна Да / Не /Неприложимо
	Вид документ	
1	Списък на документите, съдържащи се в офертата – по образец;	да
2	Представяне на участника – по образец	да
3	Приложение №1 към Образец №1– по образец	да
4	Декларация за съгласие на подизпълнител – по образец	неприложимо
5	Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮИДРСЛТДС) – по образец;	да
6	<b>Документи доказващи техническите възможности на участника за изпълнение на поръчката:</b>	
6.1	Заверено от участника копие на валидно разрешително за търговия на едро с медицински изделия, съгласно Закона за медицинските изделия.	да
6.2	Копие от сертификат по ISO 9001:2008 или еквивалент	да
6.3	Декларация свободен текст, че доставената медицинска апаратура ще бъде нова, неупотребявана и непреработена, както и, че офертираната медицинска апаратура е в актуалната производствена листа на производителя;	да
6.4	Декларация свободен текст, че доставената медицинска апаратура включва всички кабели и принадлежности, необходими за правилната им работа;	да
6.5	Декларация свободен текст за това, че в случай, че участникът бъде избран за изпълнител същият приема следните условия за изпълнение на гаранционното обслужване: време за реакция след уведомяване за възникнала повреда/дефект – не повече от 24 часа; време за отстраняване на възникнала повреда/дефект – не повече от 36 часа; при наличие на повреда/дефект, която изисква повече от 36 часа и/или повредата не може да се отстрани на място, изпълнителят транспортира повредените/дефектирани стоки до съответния сервиз/производствена база за своя сметка. След извършване на ремонта апаратурата се връща при възложителя за сметка на изпълнителя	да

6.6	Декларация свободен текст, че гаранционната поддръжка на медицинската апаратура включва диагностика и отстраняване на проблеми, вкл. извършване на ремонти, сигнализирани от възложителя	да
7	Техническо предложение – по образци	да
8	Предлагана цена - по образци;	да
9	Декларация за приемане условията на проекта договора	да
10	Нотариално заверено пълномощно в случай, че документите са подписани от лице, различно от законния представител на участника – в оригинал или във формата на нотариално заверено фотокопие	неприложимо

След направените констатации комисията премина към разглеждане на техническото предложение на допуснатият участник. Сравнението на техническите параметри на оферирания медицинска апаратура с техническата спецификация на възложителя се извърши в Таблица №2 в настоящия протокол.

Таблица №2

Магнитен стимулатор – 1 бр		Производител: Neurosoft, Русия
		Модел: Neuro-MS/D
№ по ред	Техническа спецификация на възложителя	Съответствие ДА / НЕ
1	Предназначен за диагностика и лечение на моторните зони в кората на главния мозък, стимулация на гръбначен мозък и периферната нервна система	ДА
2	Амплитуда на плътността на магнитното поле на импулсите за стимулация: 0 - 4 Тесла (зависи от типа на индуктора)	ДА
3	Форма на импулса: бифазна	ДА
4	Продължителност на импулсите (стандартен бифазен) : 250 $\mu$ sec	ДА
5	Продължителност на импулсите (усилен бифазен) : в диапазона от 360 до 450 $\mu$ sec	ДА
6	Честота на следване на импулсите: от 0.1 до 100 Hz	ДА
7	Честота на импулсите при максимална магнитна индукция: не по-малка от 5 Hz	ДА
8	Продължителност на серия от стимули: 0.5 – 10 sec	ДА
9	Продължителност на паузата между съседни серии от стимули: 0 – 30 sec	ДА
10	Продължителност на сеанса на стимулация: 0.5 – 10 min.	ДА
11	Тип на охлаждането: високоефективно и безшумно течпо охлаждане	ДА
12	Цифрови индикатори за всички параметри на работа на стимулатора	ДА
13	Индикатор за температурата на индуктора	ДА
14	Вградено управление, позволяващо контрол на всички параметри на магнитна стимулация при работа на апарата в автономен режим	ДА
15	Възможност за подаване на стимул/стимули само с едно натискане на бутон на индуктора	ДА
16	Максимален брой импулси, които магнитният стимулатор може да подава без пауза (непрекъснато), без да прогрее, при честота на стимулацията 1 Hz и индукция не по – малка от 1.6 T при стайна температура: не по – малко от 10 000	ДА
17	Режими на работа на магнитния стимулатор: Автономен еднократен; Автономен периодичен по зададен алгоритъм; Под контрол на ЕМГ апарат; По синхросигнал от външни устройства; Под контрол на специализирана програма за провеждане на продължителни терапевтични процедури, инсталирана на външна компютърна система	ДА

18	Програма за управление на терапевтични сесии: Предварително заложен терапевтични протоколи и курсове за лечение, не по-малко от 40, включително за: лечение на депресии, психични разстройства, ОКР, паника, болкови синдроми, шизофрения, мигрена, шум в ушите, пост-инсултни състояния; Възможност за създаване на собствени терапевтични протоколи и курсове за лечение; База данни за пациенти с подробна информация за провеждане на терапевтични сесии; Автоматично задаване на нивото на стимула в рамките на терапевтична сесия; Работа в операционни система Windows 8.1 и Windows 10 или еквивалент; Език на програмата - български	ДА
19	Окомплектовка: Магнитен стимулатор със система за принудително охлаждане; Коил (индуктор) тип „огъната пеперуда“; Система за фиксиране на коила с няколко степени на свобода; Специализирана количка; Програма за управление на терапевтични сесии.	ДА
20	Мошност: минимум 12,75/380KW/V.	ДА
21	Да има CE-маркировка.	ДА
Автоматичен хематологичен анализатор – 1 бр		Производител: Neomedica, Сърбия
№ по ред Техническа спецификация на възложителя		Модел: Phoenix NCC-2310
		Съответствие ДА / НЕ
1	3-пат диференциално броене на левкоцити, 21 параметъра – 3 хистограми	ДА
2	Детайлна флагова информация с насочващи диагнози	НЕ - липсва информация
3	Импедансен метод за броене на WBC, RBC и PLT и безцианиден реактив за хемоглобин	ДА
4	Производителност – минимум 70 проби на час	НЕ - информацията е за над 60 проби на час
5	Автоматично разреждане, лизиране, смесване и почистване	ДА
6	Да работи само с 2 реактива - изотопичен и лизиращ	ДА
7	Минимум 10,4 инча TFT сензорен дисплей	НЕ - информацията е за 8,4 инча
8	Изисквания към пробата: Да работи с венозна или капилярна кръв; Предварително разредена = 20uL; Цяла кръв = 9uL	ДА
9	Да има вграден принтер и възможност за инсталиране на външен принтер	ДА
10	Да има мин. 4 USB порта (за външен принтер, за баркод четец, за клавиатура и компютърна мишка) WiFi адаптер	НЕ - има информация за 4 USB порта, но липсва информация за WiFi адаптер
11	Да има , LAN порт	ДА
12	Да има CE-маркировка	ДА

Комисията констатира:

Офериранят магнитен стимулатор отговаря изцяло на изискванията на възложителя относно техническите параметри и характеристики посочени в документацията за участие в процедурата.

Офериранят автоматичен хематологичен анализатор не отговаря изискванията на възложителя относно техническите параметри и характеристики посочени в документацията за участие в процедурата, несъответствията са подробно описани в Таблица №2 в настоящия протокол.

Предвид констатираните несъответствия, което представлява нарушение на предварително обявените от Възложителя изисквания относно техническите параметри и характеристики на предлаганата от участника медицинска апаратура,

комплектността на провежданата процедура и на основание Глава трета, раздел III, чл.44, т.9, изречение трето от Вътрешните правила за възлагане на обществени поръчки в ДПБ - Кърджали, комисията предлага за отстраняване от процедурата участникът „Илан Медицинска Апаратура“ ООД, гр.Варна, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя.

Комисията предлага обществената поръчка провеждана, чрез публична покана с предмет: „Доставка на нова медицинска апаратура в ДПБ - Кърджали“ да бъде прекратена.


На основание чл.101г, ал.3 от ЗОП настоящият протокол е съставен на 26.01.2016г. и в едно с постъпилото предложение се предава за утвърждаване на възложителя.

**Комисия:**


**Председател:**


Мс Невин Бекир...  .....

**членове:**

1. д-р Николинка Узунова.  .....

2. д-р Елка Русева.....  .....

3. Иван Робов.....  .....

4. Снежана Карагь.....  .....