

ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА – КЪРДЖАЛИ
ул. „Добрич“ № 44, тел./факс 0361/6-26-94

ЗАМЕТНО
СЪМЪНЛИКО
3311
/д-р Елка Русева/

УТВЪРЖДАВАМ:.....

ПРОТОКОЛ

От дейността на комисията, определена със Заповед №189 от 17.03.2016г. на Директора на ДПБ - Кърджали за разглеждане, оценка и класиране на постъпили оферти по реда на чл.14, ал.4, т.2 и чл.101а – 101ж, от Закона за обществените поръчки /ЗОП/.

На 30.03.2016г. от 12,00 часа се проведе открито заседание на комисията, определена със Заповед №189 от 17.03.2016г. на Директора на ДПБ - Кърджали, в сградата на ДПБ - Кърджали в състав:

Председател: мс Невин Бекир – главна мед. сестра

Членове:

1. д-р Елка Русева –лабораторен лекар ;
2. инж. Янко Янев – инженер по електронна техника;
3. Иван Робов – дипломиран правоспособен юрист;
4. Снежана Карагъзова – дипломиран магистър по икономика

I. На откритото заседание на комисията не присъстваха лица по чл.68, ал.3 от ЗОП.

За изпълнение на обществена поръчка, чрез публична покана с предмет: „Доставка на нова медицинска апаратура в ДПБ - Кърджали” е постъпила една оферта, както следва:

Пореден №	Вх.№, дата и час на постъпване	Участник	Адрес	Факс / Телефон
1.	Вх.№497/29.03.2016г. – 12,00ч.	„ЕЛПАК-ЛИЗИНГ“ ЕООД	гр.Варна, ул.“Д-р Иван Богоров“ №12,	052/699060; 052/602360

След като членовете на комисията се запознаха с участника, който е подал оферта за участие в процедурата, всеки от тях подписа и представи декларация по чл.35, ал.1, т.2-4 от ЗОП.

Получената оферта за участие в процедурата се отвори и комисията започна проверка на представените документи.

„ЕЛПАК-ЛИЗИНГ“ ЕООД, гр.Варна - Предложението на участника е представено в запечатан, непрозрачен плик. Комисията обяви ценовото предложение на участника, оповести документите, съдържащи се в плика и провери съответствието им с представения списък – **несъответствия не бяха констатирани.**

С това откритото заседание на комисията приключи.

II. От 30.03.2016г. до 01.04.2016г. комисията продължи своята работа в закрити заседания.

Комисията констатира:

„ЕЛПАК-ЛИЗИНГ“ ЕООД, гр.Варна - постъпилото предложение отговаря на условията на възложителя посочени в публичната покана и документацията за участие в процедурата.

Представени са изискуемите в публичната покана и документацията за участие документи, доказващи техническите възможности за изпълнение на поръчката.

Резултатите от подробната проверка на представените документи от допуснатите участници в процедурата бяха отразени в Таблица №1 към настоящия протокол.

Таблица №1

№ по ред	Кандидати/ участници по реда на подаване на офертите	Участник „ЕЛПАК-ЛИЗИНГ“ ЕООД, гр.Варна
	Вид документ	Да / Не /Неприложимо
1	Списък на документите, съдържащи се в офертата – по образец,	да
2	Представяне на участника – по образец	да
3	Приложение №1 към Образец №1– по образец	да
4	Декларация за съгласие на подизпълнител – по образец	неприложимо
5	Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикция с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРСЛТДС) – по образец,	да
6	Документи доказващи техническите възможности на участника за изпълнение на поръчката:	
6.1	Завершено от участника копие на валидно разрешително за търговия на едро с медицински изделия, съгласно Закона за медицинските изделия.	да
6.2	Копие от сертификат по ISO 9001:2008 или еквивалент	да
6.3	Декларация свободен текст, че доставената медицинска апаратура ще бъде нова, неупотребявана и непреработена, както и, че офертираната медицинска апаратура е в актуалната производствена линия на производителя;	да
6.4	Декларация свободен текст, че доставената медицинска апаратура включва всички кабели и принадлежности, необходими за правилната им работа;	да
6.5	Декларация свободен текст за това, че в случай, че участникът бъде избран за изпълнител същият приема следните условия за изпълнение на гаранционното обслужване: време за реакция след уведомяване за възникнала повреда/дефект – не повече от 24 часа; време за отстраняване на възникнала повреда/дефект – не повече от 36 часа; при наличие на повреда/дефект, която изисква повече от 36 часа и/или повредата не може да се отстрани на място, изпълнителят транспортира повредените/дефектирани стоки до съответния сервиз/производствена база за своя сметка. След извършване на ремонта апаратурата се връща при възложителя за сметка на изпълнителя	да

6.6	Декларация свободен текст, че гаранционната поддръжка на медицинската апаратура включва диагностика и отстраняване на проблеми, вкл. извършване на ремонти, сигнализиращи от възложителя	да
7	Техническо предложение – по образец	да
8	Предлагани цени - по образец	да
9	Декларация за приемане условията на проекто договора	да
10	Нотариално заверено пълномощно в случай, че документите са подписани от лице, различно от законния представител на участника – в оригинал или във формата на нотариално заверено фотокопие	неприложимо

Комисията реши участникът да се допусне до оценка на офертата.

III. След направените констатации комисията премина към разглеждане на техническото предложение на допуснатият участник. Сравнението на техническите параметри на офертираната медицинска апаратура с техническата спецификация на възложителя се извърши в Таблица №2 в настоящия протокол.

Таблица №2

Магнитен стимулатор – 1 бр		Производител: Remed Co, Корея
		Модел: TAMAS
№ по ред	Техническата спецификация на възложителя	Съответствие ДА / НЕ
1	Предназначен за диагностика и лечение на моторните зони в кората на главния мозък, стимулация на гръбначен мозък и периферни нервни системи	ДА
2	Неинвазивно стимулиране на дълбоки зони	ДА
3	Точно фокусирано магнитно поле (3 Tesla)	ДА
4	Възможност за свързване на стимулатора с друга диагностична апаратура	ДА
5	Софтуер за избор на интензитета на стимулация	ДА
6	Да разполага със собствена база с автоматични програми	ДА
7	Да има възможност за създаване на собствени протоколи	ДА
8	Да притежава ефикасна охлаждаща система с възможност да работи продължително без прегряване	ДА
9	Пикова магнитна енергия: 0.5 – 3.0 Tesla (100%)	ДА
10	Честота на повторение на изпулсите: – 15 Hz при 100 % изходна мощност – 20 Hz при 80 % изходна мощност – 30 Hz при 50 % изходна мощност – 50 Hz при 30 % изходна мощност	ДА
11	Продължителност: По избор на оператора със стъпка 0.1 сек.	ДА
12	Форма на изходната вълна: симетричен бифазен импулс	ДА
13	Ширина на импулса: 350 µs	ДА
14	Входен/изходен тригер: TTL	ДА
15	Цвятен TFT LCD touchscreen дисплей	ДА
16	Стимулационни режими: – единична стимулация – респетативна стимулация – двоен режим	ДА

	<ul style="list-style-type: none"> - Телно-бърно стимулираща (TBS, inTBS, cTBS) - Външен тригериран режим (TMT) 	
17	Продължителност на стимулацията от 0 до 1800 сек.	ДА
18	Ширина на импулса 380 докв	ДА
19	Маслена охлаждаща система за индукторите, използваваща 24-часово непрекъснато охлаждане	ДА
20	Охлаждане на ръководните	ДА
21	Максимална честота 50 Херца	ДА
22	Сертификация по ISO 9001 или еквивалентен на производителя	ДА
23	CE маркировка съгласно директива 93/42/ЕЕС	ДА
24	Език на програмата – минимум английски	ДА
25	Превод на ръководството на български език	ДА
26	Гаранционен срок - не по-малко от 24 месеца	ДА
27	Клинични приложения: <ul style="list-style-type: none"> o Депресия o Психотропна психоза o Обсесивно-компулсивно разстройство o Биполарно разстройство o Тревожни разстройства o Деменция 	ДА
Автоматичен хематологичен анализатор – 1 бр		Производител: Bouie Medical AB, Швеция Модел: Swelab Alfa Basic
№ по ред	Техническа спецификация на предлаганите	Съответствие ДА / НЕ
1	Изследвани параметри: RBC, MCV, HCT, HGB, MCH, MCHC, RDW, WBC, PLT, MPV, LYMa, MIDa, GRAd, LYM%, MID%, GRAN%, RDWa, PDW, PCT, LPCR	ДА
2	Хистограми за RBC, PLT, WBC	ДА
3	Измервателен принцип: импедансен за RBC, WBC, PLT, фотометричен нецвянен за HGB	ДА
4	Цвятен дисплей, реагиращ на докосване (тъч-скрийн)	ДА
5	Редуциран набор реактиви: дилуентът да съдържа в себе си почистващи вещества и да се елиминира необходимостта от редовно почистване със специално приготвен почистващ реактив	ДА
6	Комплектът от работни реагенти да не надвишава 25 L и да е достатъчен за min. 900 работни цикъла	ДА
7	Софтуер за качествен контрол (QC)	ДА
8	Входове за цела кръв и предварително разредена проба	ДА
9	Почистваща система за сондата за цела кръв	ДА
10	Време за едно измерване: не повече от 50 секунди	ДА
11	Обем на пробата: под 120 микролитра	ДА
12	USB съединители за компютърен принтер, PC, клавиатура	ДА
13	Възможност за работа с офис принтери, поддържащи протоколи за комуникация PCL3, PCL5, IBM PforPrinter или еквивалентни, или USB съвместими	ДА

14	Да има възможност за автоматично зареждане стойностите на контролите с тик-метк баркод четене (четецът да е опция, да не се начислява в цената)	ДА
15	Намет: min. 1 000 резултата на пациенти	ДА
16	Потребителският софтуер да дава пълен доклад за статуса на заредените реагенти: <ul style="list-style-type: none"> ○ Индикация за активен реагент; ○ Номер на реагента; ○ Срок на годност на реагента; ○ Дата на зареждане на реагента 	ДА
17	Софтуерът на апарата да информира оператора за оставащия брой цикли във всяка разфасовка	ДА
18	Софтуерът на апарата да дава съобщение за ниско ниво на реагент в разфасовката	ДА
19	Обхват на измерване и коефициент на вариации на параметрите: <ul style="list-style-type: none"> • RBC, 0-14 x106 /μl, CV \leq 1.1% • MCV, 15-250 pL, CV \leq 0.3% • HGB, 0-35.0 g/dl, CV \leq 1.0% • WBC, 0-119.9 x 103 /μl, CV \leq 1.8% • PLT, 0-1999 x103 /μl, CV \leq 3.3% 	ДА
20	Сертификация по ISO 9001 или еквивалентен на производителя	ДА
21	CE маркировка съгласно директива 93/42/ЕЕС	ДА
22	Гаранционен срок - не по-малко от 24 месеца	ДА
23	Език на програмата – минимум английски	ДА
24	Превод на ръководството на български език	ДА

Комисията констатира:

Оферираната терапевтична система за транскраниална магнитна стимулация отговаря изцяло на изискванията на възложителя относно техническите параметри и характеристики посочени в документацията за участие в процедурата.

Офериращият автоматичен хематологичен анализатор отговаря изцяло на изискванията на възложителя относно техническите параметри и характеристики посочени в документацията за участие в процедурата.

IV. Комисията премина към оценка на офертата на допуснатият участник „ЕЛПАК-ЛИЗИНГ“ ЕООД, гр.Варна и констатира:

Общата стойност на офертата е 40 180,00лв. без включен ДДС, която не надхвърля максималната обща стойност на обществената поръчка от 40 181,65лв. без включен ДДС разпределена по видове апаратура както следва:

- Терапевтична система за транскраниална магнитна стимулация – 1 бр. на стойност 24 965,00лв. без включен ДДС, която не надхвърля общата прогнозна стойност от 24 965,52лв. без включен ДДС ;
- Автоматичен хематологичен анализатор – 1 бр, със стойност от 15 215,00лв. без включен ДДС, която не надхвърля общата прогнозна стойност от 15 216,13лв. без включен ДДС;

Комисията извърши оценка на предложението на единственият допуснат участник в процедурата „ЕЛПАК-ЛИЗИНГ“ ЕООД, гр.Варна, по обявения критерий за

оценка на офертите в поканата за участие в процедурата – най-ниска предложена цена. Резултатите и класирането са отразени в Таблица №3 към настоящия протокол.

Таблица №3

Участник	Предлагана цена в лв. без вкл.ДДС / до 100 точки/	Класиране и брой точки – максимален бр. точки 100
„ЕЛПАК-ЛИЗИНГ“ ЕООД, гр.Варна	40 180,00	I място
	100 точки	

Комисията предлага за изпълнител на поръчката да бъде определен участника класиран на първо място „ЕЛПАК-ЛИЗИНГ“ ЕООД, гр.Варна.

На основание чл.101г, ал.4 от ЗОП настоящият протокол за възлагане изпълнението на обществена поръчка, чрез публична покана с предмет: „Доставка на нова медицинска апаратура в ДПБ - Кърджали“ е съставен на 01.04.2016г. и ведно с постъпилата оферта се предава за утвърждаване на възложителя.

Комисия:

Председател:

мс Невин Бекир.....

членове:

1. д-р Елка Русева.....

2. инж. Янко Янев.....

3. Иван Робов.....

4. Снежана Карагъзово.....

Закрито
сва т.н от
ЗЗЛД

Закрито
сва т.н
от ЗЗЛД

Закрито сва.
т.н от ЗЗЛД